

Микроамперметр

М4204

ПАСПОРТ

1. Основные технические данные

Класс точности	1,5
Диапазон измерений, μA	50
Масса прибора, kg, не более	0,2
Габаритные размеры, mm, не более	80x80x49
Содержание драгоценных материалов см. таблицу	

2. Комплект поставки

Прибор	1 шт.
Гайка М4	6 шт.
Шайба 4	6 шт.
Шайба пружинная 4	6 шт.
Паспорт	1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04.2222-78, удовлетворяет требованиям заказ-наряда и признан годным для эксплуатации.

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления приборов, гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

Сведения о содержании драгоценных материалов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Масса в 1 шт., в	Масса в изделии, в	Номер акта	Примечание
		Количество	Количество				
Платиновый сплав							
Растяжка Г ГОСТ 9444-74		5ПЧ.443.047	2		9,001495		

Держатель, стрелкодержатель, клинья — с серебряным покрытием